

作業報告書

平素は弊社医用製品をご愛用いただき厚くお礼申し上げます。ご依頼内容にもとづき、メンテナンス等作業（納品）を行いましたので、ご報告いたします。作業報告書記載事項内容及び留意事項をご確認の上、ご署名をお願いいたします。

お客様名 山口大学医学部附属病院 様		山口サービスセンタ 〒754-0013 山口県山口市小郡緑町5番2号 TEL 0120-5032-51 FAX 083-973-7684	
--------------------------	--	---	--

お客様ID 65195030000-111	受付番号 7027533	作業 BB	区分 2H	保証区分 保守契約	PJ番号 MC4022140101
--------------------------	-----------------	----------	----------	--------------	----------------------

装置名 MRT-3020/J9	設置室 MR検査室4	据付日 2018年12月27日
--------------------	---------------	--------------------

ご依頼内容 架台間接照明キット故障		受付日 2025年11月25日		作業内容 架台間接照明キットSW部故障のため、交換を実施しました 交換後、動作異常ございません	
作業開始・終了時間					
開始	2025年11月26日17時00分				
終了	2025年11月26日17時30分				
時間内	時間外	往復	合計		
1	0	2	3		
完了					

ユニット MRT-3020/J9	製造番号 J9B18Y2003	作業担当者 青木 航太 他1名
---------------------	--------------------	--------------------

使用部品			数量
1	DIMMER PWB	図番 BSM43-1928	1
2		図番	
3		図番	
4		図番	
5		図番	

ご所属 ご署名 川波

お客様へ（留意事項のご説明）

- ※本作業（納品）に関するお問い合わせは、作業報告書記載の受付番号をお願いいたします。また、本作業が有料の場合、別途ご請求申し上げます。
- ※本作業及び本作業に付随して提供するサービス部品、資料等の物品は、お客様が日本国内で使用または消費されることを前提に販売・提供させて頂いております。輸出または海外に提供される場合には、輸出管理法により規制される場合がございますのでご注意願います。
- ※お客様の個人情報の取り扱いについて、以下の事項をご了承願います。
 1. 作業報告書記載作業の遂行に関連して、お客様よりご提示を受けましたお客様の代表者その他の役職員の個人情報（以下「お客様情報」といいます）につきましては、今後のお客様に対する保守サービス業務の遂行およびお客様に対する各種商品・サービスのご提供やご案内に使用させていただきます。
 2. 弊社は、上記「1.」の使用目的の範囲内において、必要に応じて、お客様情報を弊社認定のもと、弊社が委託する会社へ開示し、使用させて頂く場合がございます。
- ※交換修理に伴い発生しました使用済みサービス部品（作業報告書「使用部品」欄記載の使用部品の提供と交換に回収する使用済みサービス部品）につきましては、本作業の完了日をもって弊社が受領し、当該サービス部品の所有権が弊社に移転することを了承願います。

伝票番号	03104478
------	----------