校正証明書

大阪市此花区島屋4-1-131
アズワン株式会社
サービス営業部
フィールドサービスグループ

顧客名　山口大学医学部附属病院

品名	：温度 ワイヤレスデータロガー	型式	：RTR501BL
製造番号	：528022F3	製造者	：株式会社ティアンドデイ
校正日	：2026年2月3日	管理番号	：AKFS25-8006
顧客管理番号：室A			

確認者
石川

上記製品は、弊社の作業標準に従って校正が行われたことを証明します。
校正作業に使用した標準器/液は、日本電気計器検定所、日本品質保証機構などの公的校正機関またはNIST(National Institute of Standards and Technology)などの国際度量衡委員会に加盟している諸外国の公的校正機関にトレーサビリティが取れています。

[使用標準器]

品　名	製造者	管理番号
形　式	製造番号	有効期限
温湿度センサプローブ	Rotronic AG	MRI-HU205
HC2A-S	24106416	2026年11月18日
PT100 ClassAセンサ	Rotronic AG	MRI-TE205
HC2A-PT100 (AC1904)	24087648	2026年7月31日

Ver.3.0

アズワン株式会社

試験成績書

大阪市西花園湯屋4-1-131
アズワン株式会社
サービス営業部
フィールドサービスグループ

品名	：温度 ワイヤレスデータロガー	型式	：RTR501BL
製造番号	：528022F3	製造者	：株式会社ティアンドデイ
校正日	：2026年2月3日	管理番号	：AKFS25-8006
環境温度	：25℃	校正者	：元原　茂雄
調整	：　あり　／　なし		

確認者：石川

上記製品は、弊社の作業標準に従って校正が行われたことを証明します。
校正作業に使用した標準器/液は、日本電気計器検定所、日本品質保証機構などの公的校正機関またはNIST(National Institute of Standards and Technology)などの国際度量衡委員会に加盟している諸外国の公的校正機関にトレーサビリティが取れています。

[使用標準器]

品　名	製造者	管理番号
形　式	製造番号	有効期限
温湿度センサプローブ	Rotronic AG	MRI-HU205
HC2A-S	24106416	2026年11月18日
PT100 ClassAセンサ	Rotronic AG	MRI-TE205
HC2A-PT100 (AC1904)	24087648	2026年7月31日

[校正結果]

試験点	判定基準	指示値	判定
[温度]			
20.0℃	19.5℃ ～ 20.5℃	20.0℃	良
*総合判定			良

[備　考]

Ver.3.0

アズワン株式会社