校正証明書

大阪市此花区島屋4-1-131
アズワン株式会社
サービス営業部
フィールドサービスグループ

顧客名　山口大学医学部附属病院

品名	:温度 ワイヤレスデータロガー	型式	:RTR501BL
製造番号	:528022F1	製造者	:株式会社ティアンドディ
校正日	:2025年9月5日	管理番号	:AKFS25-3946
顧客管理番号	:室B		

確認者

小村

上記製品は、弊社の作業標準に従って校正が行われたことを証明します。
校正作業に使用した標準器/液は、日本電気計器検定所、日本品質保証機構などの公的校正機関またはNIST(National Institute of Standards and Technology)などの国際度量衡委員会に加盟している諸外国の公的校正機関にトレーサビリティが取れています。

[使用標準器]

品　名 形　式	製造者 製造番号	管理番号 有効期限
温湿度センサプローブ HC2A-S	Rotronic AG 24075418	MRI-HU200 2026年7月31日
PT100 ClassAセンサ HC2A-PT100 (AC1904)	Rotronic AG 24087652	MRI-TE200 2026年7月31日

Ver.3.0

アズワン株式会社

試験成績書

大阪市此花区島屋4-1-131
アズワン株式会社
サービス営業部
フィールドサービスグループ

品名	:温度 ワイヤレスデータロガー	型式	:RTR501BL
製造番号	:528022F1	製造者	:株式会社ティアンドデイ
校正日	:2025年9月5日	管理番号	:AKFS25-3946
環境温度	:25℃	校正者	:元原 茂雄
調整	: あり / なし		

確認者
小村

上記製品は、弊社の作業標準に従って校正が行われたことを証明します。
校正作業に使用した標準器/液は、日本電気計器検定所、日本品質保証機構などの公的校正機関またはNIST(National Institute of Standards and Technology)などの国際度量衡委員会に加盟している諸外国の公的校正機関にトレーサビリティが取れています。

[使用標準器]

品 名	製造者	管理番号
形 式	製造番号	有効期限
温湿度センサプローブ	Rotronic AG	MRI-HU200
HC2A-S	24075418	2026年7月31日
PT100 ClassAセンサ	Rotronic AG	MRI-TE200
HC2A-PT100 (AC1904)	24087652	2026年7月31日

[校正結果]

試験点	判定基準	指示値	判定
[温度]			
20.0℃	19.5℃ ～ 20.5℃	20.2℃	良
*総合判定			良

[備 考]

Ver.3.0

アズワン株式会社