

ET19J207C1

ET-C207S


TERUMO  
テルモ電子体温計C207

TERUMO

ET-C207S\_20\_002\_01

TERUMO

【病院内用】テルモ電子体温計C207



予測式 平均約30秒 → 実測検温  
平均約30秒で体温を予測し、約4分30秒後、実測検温に移行します。

■保証規定

- (1) 保証期間は、お買い上げ後1年間です。
- (2) ご使用中に、故障が発生した場合は取扱店又は最寄りの当性支店へ品質保証書に記号を添えて、お申し出ください。
- (3) ただし、下記の場合は保証の対象になりません。  
(a) ご使用中で取扱い説明書(保証書)を失った場合  
(b) 修理と見なされ、修理に要した費用  
(c) ショックを与えられた場合

(ロ) 正しい使用法(使用法をマニュアルに入れます)で正しく使用しなかった場合

- (1) 測定の際、不適切な理由により発生した故障
- (2) 火災、地震、水害等天災地災等の不可抗力による故障及び損傷
- (3) 故障の原因が本製品以外に起因する場合  
(4) 保証書の記載がない場合及び必要事項(お買い上げ日、販売店名称)の記入がない場合

(ハ) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

- (4) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- (5) 仕様は改善のため予告なく変更する場合があります。
- (6) 保証書は再発行いたしません。大切に保管してください。
- (7) 保証書に記載されている社名、各機名等は、記載されている社名、各機名とは異なる場合があります。

【病院内用】テルモ電子体温計C207

コード番号: ET-C207S

内容物・本体・取扱マニュアル・EMC技術資料

お願いします。電子添文を多く読んで使用ください。

製造医療機器 一般的名称: 電子体温計  
販売名: テルモ電子体温計C207  
医療機器認証番号: 302AAB2X00003000  
製造販売業者: テルモ株式会社  
東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目4番1号



MADE IN CHINA

26292111262864

3

検査合格証  
合格

お買い上げ日 2026年4月28日  
お買い上げ販売店名

品質保証書  
販売名 テルモ電子体温計C207  
お名前 TEL  
ご住所

ET-C207S

LOT

24-F15A



(01)0498789216292(10)24-F15A

007734

TERUMO  
テルモ電子体温計C207  
【病院内用】