

# 校正証明書

大阪府花田町4-1-131  
アズワン株式会社  
サービス営業部  
フィールドサービスグループ

顧客名 山口大学医学部附属病院

品名	: 温度 ワイヤレスデータロガー	型式	: RTR501BL
製造番号	: 528022AB	製造者	: 株式会社ティアンドデイ
校正日	: 2024年8月7日	管理番号	: AKFS24-2609
顧客管理番号	: 恒B		

確認者



上記製品は、弊社の作業標準に従って校正が行われたことを証明します。

校正作業に使用した標準器/液は、日本電気計器検定所、日本品質保証機構などの公的校正機関またはNIST (National Institute of Standards and Technology) などの国際度量衡委員会に加盟している諸外国の公的校正機関にトレーサビリティが取れています。

[使用標準器]

品名 形式	製造者 製造番号	管理番号 有効期限
デジタル温度計/白金標準センサ ADS-100-HQ / PTP-150	株式会社 サーマポート 8001340/1501514/1501531/1501530/1501373/1501485	MRI136 2025年4月9日

