校正証明書

大阪市此花区島屋4-1-131
アズワン株式会社
サービス営業部
フィールドサービスグループ

顧客名　山口大学医学部附属病院

品名	: 温度記録計	型式	: TR-55i-Pt / TR-8220
製造番号	: F82A2DC8 / 7309993	製造者	: 株式会社ティアンドデイ
校正日	: 2026年9月29日	管理番号	: AKFS26-4905
顧客管理番号	: 治験-80℃①		

確認者
石川

上記製品は、弊社の作業標準に従って校正が行われたことを証明します。
校正作業に使用した標準器/液は、日本電気計器検定所、日本品質保証機構などの公的校正機関またはNIST(National Institute of Standards and Technology)などの国際度量衡委員会に加盟している諸外国の公的校正機関にトレーサビリティが取れています。

[使用標準器]

品　名	製造者	管理番号
形　式	製造番号	有効期限
温度計校正装置(JCSS校正)	AMETEK DENMARK	MRI-TE1000
PTC-125B	662913-00275	2026年11月19日

アズワン株式会社

試験成績書

大阪市此花区高度4-1-131
アズワン株式会社
サービス営業部
フィールドサービスグループ

品名	：温度記録計	型式	：TR-55i-Pt / TR-8220
製造番号	：F82A2DC8 / 7309993	製造者	：株式会社ティアンドデイ
校正日	：2026年9月29日	管理番号	：AKFS26-4905
環境温度	：25℃	校正者	：元原　茂雄
調整	： あり ／ (なし)		

確認者
石川

上記製品は、弊社の作業標準に従って校正が行われたことを証明します。
校正作業に使用した標準器/液は、日本電気計器検定所、日本品質保証機構などの公的校正機関またはNIST(National Institute of Standards and Technology)などの国際度量衡委員会に加盟している諸外国の公的校正機関にトレーサビリティが取れています。

[使用標準器]

品　名	製造者	管理番号
形　式	製造番号	有効期限
温度計校正装置(JCSS校正)	AMETEK DENMARK	MRI-TE1000
PTC-125B	662913-00275	2026年11月19日

[校正結果]

試験点	判定基準	指示値	判定
[温度]			
-80.0℃	-80.9℃ ～ -79.1℃	-80.1℃	良
*総合判定			良


[備　考]

アズワン株式会社

管理番号：AKFS26-4905

トレーサビリティ体系図

大阪市[illegible]花区高[illegible]4-1-131
アズワン株式会社
サービス営業部
フィールドサービスグループ



アズワン株式会社