



# 試験成績書

大阪市花田島4-1-131  
 アズワン株式会社  
 サービス営業部  
 フィールドサービスグループ

品名 : 温度 ワイヤレスデータロガー 型式 : RTR501BL  
 製造番号 : 528022EE 製造者 : 株式会社ティアンドデイ  
 校正日 : 2025年9月5日 管理番号 : AKFS25-3950  
 環境温度 : 25°C 校正者 : 元原 茂雄  
 調整 : あり / なし

確認者  


上記製品は、弊社の作業標準に従って校正が行われたことを証明します。  
 校正作業に使用した標準器/液は、日本電気計器検定所、日本品質保証機構などの公的校正機関またはNIST (National Institute of Standards and Technology)などの国際度量衡委員会に加盟している諸外国の公的校正機関にトレーサビリティが取れています。

## [使用標準器]

品名 形式	製造者 製造番号	管理番号 有効期限
温湿度センサプローブ HC2A-S	Rotronic AG 24075418	MRI-HU200 2026年7月31日
PT100 ClassAセンサ HC2A-PT100 (AC1904)	Rotronic AG 24087652	MRI-TE200 2026年7月31日

## [校正結果]

試験点	判定基準	指示値	判定
[温度]			
5.0°C	4.5°C ~ 5.5°C	5.0°C	良
*総合判定			良

## [備考]