



発行年月日 2026/01/07


依頼者名 山口大学医学部附属病院

住所 山口県宇部市南小串1-1-1

校正証明書番号

総数1 貢の第1項

0710410423406



## 校正証明書

### 被校正機器 :

製造会社名	DeltaTRAK Inc.	注文番号	15566
機種品番	12218-01	校正実施日	2025/12/26
品名	最高/最低アラーム付デジタル温度計 プローブタイプ	校正担当者	西村 凪子
シリアル番号	10423406	次期校正周期	2026/12/26

### 校正条件 :

文書識別番号 手順書名称

使用した校正手順書 : QP-50 TCL-温度校正手順書

温度校正室 環境温度 / 湿度 23.0 °C / 28 %

校正結果: 基準点	許容値(±)	本製品	判定結果	拡張不確かさ ( $k=2$ )	使用媒体
-20.0 °C	0.5 °C	-19.9 °C	合格	60mK	IPA

### 校正に使用した機器 :

設備識別番号	設備の名称	機器型式	機器シリアル番号	次期校正日	トレザビリティ番号
00258	Fluke Thermometer 1524/5623B-6-P(T1)	FK0805	6448000/5628300	2026/07/03	2024016111

設備識別番号  
00215設備の名称  
恒温循環槽機器型式  
PD15R-40-A11B機器シリアル番号  
2010-01100

上級校正所員

西村 凪子



温度校正室長

庫内 康博



デルタトラックジャパン株式会社 温度校正室

大阪市住之江区南1丁目25-1-10  
ATCビル ITM棟

本校正証明書は、JISZ8710温度測定方法通則に基づいて、白金参照温度計と被校正温度計を、同一かつ一定温度に保持した媒体に接触させて、比較温度校正を行ったものです。校正された測定の拡張不確かさは、包含係数k=2を用いて95%の信頼水準で表されます。

本校正に用いた参照標準は、SI単位でNIST（米国標準技術研究所）及び認定された国内または国際標準研究所にトレーサブルです。本校正証明書は、特定された被校正機器に関してのみの情報です。判定結果は、特定された被校正機器の製品仕様の測定精度内であることを「合格」として表示し、測定精度外であることを「不合格」として表示しております。

被校正機器の次期校正周期は、当社が規定する機器本体の保証期間をもとに記載しております。何らかの外的要因が、被校正機器校正周期の前に、許容範囲を逸脱させる原因となることがあります。校正の周期は、被校正機器の使用頻度、環境条件、ユーザーご自身が制定した精度体系に従って設定いただくことを推奨いたします。事前の承認無しに、本校正証明書の複写および一部のみを複製して使用することは禁じます。

デルタトラックジャパン株式会社 温度校正室は、ペリジョンソソラボラトリー・アクリティーションによりISO/IEC 17025:2017に基づく校正機関として認定されています。