

1/2

10436(005783)

項目番号	点検項目						判定	処理
4	電気の点検（つづき）							
5	校正電圧（誤差5%以内）						(○)・否	
5	メンテナンステスト							
1	時計確認(正しい時刻が表示されていること)						(○)・否	
2	サーマル記録テスト							
	蛇行が無いこと						(○)・否	
	記録紙両端に耳折れが無いこと						(○)・否	
	記録ムラ、擦れ、ドット抜けが無いこと						(○)・否	
	搬送速度(誤差±2%以内)						(○)・否	
3	表示(ドット抜けなし、表示色正常)						(○)・否	
4	キー(押下キー正常表示)						(○)・否	
5	タッチパネル(タッチポイント正常反応)						(○)・否	
6	サウト(「フザー」が鳴ること)						(○)・否	
7	記録ミシン目位置(正しいこと)						(○)・否	
8	I/Oテスト(OKとなること)						(○)・否	
6	ステータスチェック							
1	バックアップ電池(2.5V以上)						(○)・否	
2	サーマルヘッド状態(室温10℃以内)						(○)・否	
3	マガジン状態(開けたときUP、閉じたときSET)						(○)・否	
4	紙あり／なしセンサ(紙入時 あり、紙外し時 なし)						(○)・否	
7	電気的性能・特性							
1	感度							
	感度×1 :(9.8～10.2)	計測値	10.0	mm	(○)・否			
	感度×1/2:(4.75～5.25)	計測値	5.00	mm	(○)・否			
	感度×1/4:(2.375～2.625)	計測値	2.500	mm	(○)・否			
	感度×2 :(19.0～21.0)	計測値	20.0	mm	(○)・否			
2	時定数(3.2～3.84秒 or 0.05Hzで70%以上のF特)						(○)・否	

次ページへ続く

注 未納オプション機能の点検は、省略可



**FUKUDA
DENSO**

2/2

50000587

[illegible]

注 未納オプション機能の点検は、省略可



**FUKUDA
DENSO**