

病院用 テルモ電子体温計C207 廠下

コード番号: ET-C207S

内容物・本体・取納ケース・添付文書/EMC技術資料
お買い: 添付文書をよく読んでご使用ください。
添付文書は大切に保管してください。

管理医療機器 一般的名称: 電子体温計
販売名: テルモ電子体温計C207
医療機器認証番号: 302AABZX00003
製造販売業者: テルモ株式会社

東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目44番1号 MADE IN CHINA

ET-C207S **LOT** 22-H15A



(01)04987892116292(10)22-H15A

003633



販売店名
2022年10月28日
2022年10月28日

販売店名
TEL
販売店名

TERUMO

病院用 テルモ電子体温計C207 廠下



予測式 平均約30秒 → 実測検温
平均約30秒で体温を予測し、約4分30秒後、実測検温に移行します。

保証規定

- (1) 保証期間は、お買い上げ後3年間です。
- (2) ご使用中に、故障が発生した場合は取扱店又は最寄りの当社支店へ、品質保証書に製品をそえて、お申し出ください。
- (3) ただし、下記の場合は保証の対象になりません。
(イ) ご使用中で取扱の誤謬(落としたり、強いショックを与えるなど)により発生した故障。
- (ロ) 正しい状態(使用後はケースに入れるなど)でご使用にならなかった場合。
- (リ) 製品の改造、不当な修理により発生した故障。
- (ニ) 火災、地震、水害等天災地災等の不可抗力による故障及び損害。
- (ホ) 故障の原因が本製品以外に起因する場合。
- (ヘ) 保証書のご提示がない場合及び必要事項(お買い上げ日、販売店名等)の記入がない場合。
- (4) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- (5) 仕様は改善等のため予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- (6) 保証書は再発行いたしません。大切に保管してください。

TERUMO はテルモ株式会社の商標です。
テルモはテルモ株式会社の登録商標です。

TERUMO
テルモ電子体温計C207
ET-C207S
ET19J207C

TERUMO
テルモ電子体温計C207
廠下