



発行年月日 2023/08/07
依頼者名 山口大学医学部附属病院
住所 山口県宇部市南小串1-1-1



校正証明書

被校正機器：

製造会社名 DeltaTRAK Inc.

機種品番 12218-01

品名 最高/最低アラーム付デジタル温度計 プローブタイプ

シリアル番号 10416036

注文番号 9723

校正実施日 2023/08/07

校正担当者 西村 凧子

次期校正周期 2024/08/07

校正条件： 文書識別番号手順書名称

使用した校正手順書：QP-50 TCL-温度校正手順書

温度校正室 環境温度/湿度 23.0 °C/ 68 %

校正結果：基準点	許容値 (±)	本製品	判定結果	拡張不確かさ (κ=2)	使用媒体
5.0 °C	0.5 °C	4.7 °C	合格	70mK	精製水

校正に使用した機器：

設備識別番号	設備の名称	機器型式	機器シリアル番号	次期校正日	トレーサビリティ番号
00006	HH376 Data Logger	DA5050	140509728/140509753	2023/12/08	551220085641669

設備識別番号	設備の名称	機器型式	機器シリアル番号
00005	恒温循環槽 精製水	PD15R-40-A11B	1C1482330

上級校正所員

西村 凧子



デルタトラックジャパン株式会社 温度校正室

大阪市住之江区南港北2-2-10 - 10

温度校正室長

庫内 康博



ATビル ITM棟



本校正証明書は、JIS Z 8710 温度測定方法通則に基づいて、白金参照温度計と被校正温度計を、同一かつ一定温度に保持した媒体に接触させて、比較温度校正を行ったものです。校正された測定の拡張不確かさは、包含係数 $k=2$ を用いて 95% の信頼水準で表されます。

本校正に用いた参照標準は、SI 単位で NIST (米国標準技術研究所) 及び認定された国内または国際標準研究所にトレーサブルです。本校正証明書は、特定された被校正機器に関するみの情報です。被校正機器の次期校正周期は、当社が規定する機器本体の保証期間をもとに記載しております。何らかの外的要因が、被校正機器校正周期の前に、許容範囲を逸脱させる原因となることがあります。校正の周期は、被校正機器の使用頻度、環境条件、ユーザーご自身が制定した精度体系に従って設定いただくことを推奨いたします。事前の承認無しに、本校正証明書の複写および一部のみを複製して使用することは禁じます。

デルタトラックジャパン株式会社 温度校正室は、ペリジョンソナラボラトリーアクリディテーションインクにより ISO/IEC 17025:2017 に基づく校正機関として認定されています。