



証明書番号： 2311502

総数 1頁の1頁

# 温度校正証明書

以下の結果は、国家標準にトレーサブルであることを証明致します

依頼者 山口大学医学部附属病院  
所在地 山口県宇部市南小串1-1-1

## 校正対象品

	型番	品番	製造番号	testo s/n
本体	0572 1260	Saveris T1D	02551822/304	020269

合否判定基準： ±0.4℃ (-25.0℃~+50.0℃)  
±0.8℃ (-35.0℃~-25.1℃)

検査室の環境： 26±3℃ 53±5%rh

校正結果 校正年月日 2023年8月9日

基準値 (°C)	校正値 (°C)	器差 (°C)	合否判定
10.01	10.1	+ 0.09	OK
30.04	30.3	+ 0.26	OK
50.04	50.4	+ 0.36	OK

- \* 校正はJIS Z 8710 (1993)、7.2.2 (比較法) に準じて行ないました。
- \* 校正に用いた基準器は次のとおりです。

製品名	型番	製造番号	製造者名
デジタル温度計	0560 4402	83061022/1219	ドイツ Testo社
温度センサ	0618 0073	63626027/1222	ドイツ Testo社

- \* 基準器は、一般財団法人日本品質保証機構で校正されており、国家標準にトレーサブルです。  
(校正証明書番号：53-2272946)
- \* 基準値は、基準器であるデジタル温度計が示した値です。
- \* 校正値とは、被校正品が示す値です。
- \* 器差とは、校正値から基準値を引いた値です。
- \* 合否判定は、弊社の合否判定基準により行いました。器差が判定基準内であれば「OK」、判定基準外であれば「NG」で表します。

2023年8月31日  
横浜市港北区新横浜2-15  
株式会社テスト  
TEL：045-476-2266

試験担当者	承認者

備考：事前の承認なしに、この証明書の一部のみを複製して使用することを禁じます。