

病院用 テルモ電子体温計C207 販下

コード番号: ET-C207S

内容物・本体・収納ケース・添付文書/EMC技術資料
 お願い: 添付文書をよく読んでご使用ください。
 添付文書は大切に保管してください。

管理医療機器 一般的名称: 電子体温計
 販売名: テルモ電子体温計C207
 医療機器認証番号: 302AABZX00003
 製造販売業者: テルモ株式会社

東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目44番1号

MADE IN CHINA

ET-C207S

LOT 22-H15A



(01)04987892116292(10)22-H15A

003729




お買い上げ販売店名
 2024年10月20日
 検査合格証

販売名 テルモ電子体温計C207
 TEL
 ご住所

品質保証書

TERUMO

病院用 テルモ電子体温計C207 販下



予測式 平均約30秒 → 実測検温

平均約30秒で体温を予測し、約4分30秒後、実測検温に移行します。

■保証規定

- (1) 保証期間は、お買い上げ後1年間です。
- (2) ご使用中に、故障が発生した場合は取扱店又は
 最寄りの当社支店へ品質保証書に添付をそえて、
 お申し出ください。
- (3) ただし、下記の場合は保証の対象になりません。
 (イ) ご使用中で取扱の過誤(落したり、強い
 ショックを与えるなど)により発生した故障。

- (ロ) 正しい状態(使用後はケースに入れるなど)でご
 使用にならなかった場合。
- (ハ) 取扱の改変、不当な修理により発生した故障。
- (ニ) 火災、地震、水害等天災地変等の不可抗力による
 故障及び損傷。
- (ホ) 故障の原因が本製品以外に起因する場合。
- (ヘ) 保証書のご提示がない場合及び必要事項(お買い
 上げ日、販売店名等)の記入がない場合。

- (4) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
 This warranty is valid only in Japan.
- (5) 仕様は改修等のため予告なく変更する場合があります。
 ご了承ください。
- (6) 保証書は再発行いたしません。大切に保管してください。

TERUMO はテルモ株式会社の商標です。
 テルモはテルモ株式会社の登録商標です。

TERUMO
 テルモ電子体温計C207
 ET-C207S

ET19J207C

ET-C207S J2070103

TERUMO
 テルモ電子体温計C207
 販下